

DRRR GmbH · Bodmanstraße 4 · D-87435 Kempten

Frau Dr. Corinna Petsch  
senetics healthcare group GmbH & Co. KG  
Eyber Str. 89  
91522 Ansbach  
Germany

**DRRR-Ringversuch zur Eignungsprüfung  
RVEP 190627 Prüfung Sterilisation von Medizinprodukten 4  
(ISO 11737-1)**

Sehr geehrter Ringversuchsteilnehmer,

vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Ringversuch.

**Ihre Laborcode-Nummer: 2**

Das im Ringversuch eingesetzte Material bieten wir Ihnen als Referenzmaterial an. Bei Interesse unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.

Wir freuen uns, Sie auch im nächsten Jahr als Teilnehmer an unseren Ringversuchen begrüßen zu dürfen. Die Anmeldung über unser Online-System (ODIN) oder die Anmeldeformulare ist jederzeit möglich: [www.DRRR.de](http://www.DRRR.de)

Neu: Die bilaterale Eignungsprüfung (bPT)!  
Sie sind mit Ihrer Laborleistung im Ringversuch nicht zufrieden? Dann können wir Ihnen unsere neue bilaterale Eignungsprüfung anbieten. Sie können diese individuell und flexibel innerhalb von zehn Wochen nach dieser Ringversuchsrunde buchen und durchführen. Sie erhalten Ihren Leistungsnachweis als z'-score in Form eines Zertifikats. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann sprechen Sie uns gerne an!

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Norman Sander

Datum: 31.07.2019

Ihre Ansprechpartner:  
Norman Sander  
Norman Walter

Fon: +49 (0)831/960 878-0  
Fax: +49 (0)831/960 878-99  
E-Mail: [info@DRRR.de](mailto:info@DRRR.de)

Deutsches Referenzbüro für Ringversuche und  
Referenzmaterialien GmbH  
Bodmanstraße 4 D-87435 Kempten  
Fon: +49 (0)8 31/960 878-0  
Fax: +49 (0)8 31/960 878-99  
E-Mail: [info@DRRR.de](mailto:info@DRRR.de)  
Website: [www.DRRR.de](http://www.DRRR.de)

Bank-Details  
Ust-ID-Nr. DE254613132 •St.Nr. 127/124/32207  
Raiffeisenbank im Allgäuer Land  
BLZ 733 692 64 •Konto 102350  
IBAN DE 94733692640000102350  
BIC-Code: GENO DEF1DTA

Sitz der Gesellschaft: Kempten  
Handelsregister HRB 9496  
Amtsgericht Kempten  
Geschäftsführer:  
Dr. rer. nat. Ulrich Leist  
Thorsten Helbig M.Eng.

# TEILNAHMEZERTIFIKAT

## DRRR-Ringversuch zur Eignungsprüfung

Der Teilnehmer

senetics healthcare group GmbH & Co. KG  
Eyber Str. 89  
91522 Ansbach  
Germany

*Kundennummer:* 13200

*Laborcode-Nummer:* 2

erhält bei oben genanntem quantitativem  
Ringversuch folgende Gesamtbewertung:

## großer Erfolg

Die Auswertung zum oben genannten Ringversuch ist in dem entsprechenden  
Bericht dokumentiert.

Kempten, 31.07.2019



Norman Sander

Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten  
Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist,  
und die einzelnen z'-score kleiner als 2  
oder gleich 2 sind, erhalten Sie die  
Bewertung: „großer Erfolg“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten  
Ergebnisse kleiner als 2 oder gleich 2 ist,  
und einzelne z'-score größer als 2 sind,  
erhalten Sie die Bewertung: „Erfolg“

Wenn der mittlere z'-score aller gewerteten  
Ergebnisse größer als 2 ist, erhalten Sie  
die Bewertung: „teilgenommen“

# RVEP 190627 Prüfung Sterilisation von Medizinprodukten 4 (ISO 11737-1)



## Ihre Laborleistung (quantitativ) in der Übersicht bezogen auf die Referenzmethoden

Für Ihr Unternehmen

senetics healthcare group GmbH & Co. KG

### ZUSAMMENFASSUNG

Kundennummer:	13200
Laborcode-Nummer:	2
Anzahl gewerteter z'-score:	2
Anzahl z'-score > 2:	0

#### Beurteilung:

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 oder gleich 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:  
„Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.“

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters kleiner als 2 oder gleich 2 ist, jedoch mindestens ein einzelner z'-score größer 2, erhalten Sie die Bewertung:  
„Sie haben eine gute Leistung gezeigt. Im Einzelfall ist jedoch die gezeigte Leistung noch verbesserungsfähig.“

Wenn der mittlere z'-score eines Parameters größer als 2 ist, erhalten Sie die Bewertung:  
„Es ist erkennbar Verbesserungspotential vorhanden.“

Parameter	Anzahl gewerteter z'-score:	Anzahl z'-score > 2:	Mittelwert z'-score:	Gesamtbeurteilung:
aerobe Sporen	2	0	1,38	Sie haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Halten Sie Ihren Stand.

Bei dieser Übersicht werden Ihre z'-score von jedem Parameter zusammengefasst. Die z'-scores beziehen sich dabei auf die Referenzmethode. Eine Leistungsübersicht für jede verwendete Methode wird in der Routine nicht erstellt. Im Einzelfall können wir für Sie jedoch eine methodenbezogene Leistungsübersicht und ein Zertifikat erstellen.